

Numer referencyjny postępowania:

12/ZP/25

Trzcianka 13.08.2025 r.

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Trzciance

ul. Gen. W. Sikorskiego 9

64-980 Trzcianka

Dotyczy: postępowania o udzielenie Zamówienia Publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia przewyższającej progi unijne, na zadanie pod nazwą: ***„Artykuły i sprzęt medyczny jednorazowego użytku”***.

Odpowiedzi na pytania nr 2

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „*Ustawą Pzp.*”), Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „*SWZ*”.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Treść pytania nr 50:

Pytanie nr 1 do Pakietu 13

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie wielkości opakowania wymaganego dla zaoferowania elektrody powrotnej?

Odpowiedź: Zamawiający precyzuje, że 1 opakowanie zawiera 50 sztuk.

Treść pytania nr 51:

Pytanie 1 Pakiet 9 Pozycja 1, 2 i 3

Prosimy o dopuszczenie filtrów o skuteczności 99,998% spełniających pozostałe wymogi SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza powyższe.

Treść pytania nr 52:

Pakiet 2, poz. 4

Czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza powyższego. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 53:

Pakiet 2, poz. 5

Czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza powyższego. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 54:

Pakiet 2, poz. 10

Czy zamawiający dopuści wymiary pościeli :

- o Poszwa na koldrę 210 cm x 160 cm,*
- o Poszewka na poduszkę 70 cm x 80 cm,*
- o prześcieradło 150 cm x 210 cm,*

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza powyższe.

Treść pytania nr 55:

pakiet 2, poz.14

czy zamawiający dopuści czepek wiązany na troki?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza powyższe.

Treść pytania nr 56:

Pakiet 2, poz.15

Czy zamawiający dopuści serwetę z włókniny PP, jednowarstwowej, wymiary bez zmian, gramatura min. 25 g/m²?

Czy zamawiający oczekuje wyceny za 1 op. = 1 szt. czy 1 op. = 'a 10 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza powyższego. Zamawiający oczekuje wyceny 1 op. = 'a 10 szt.

Treść pytania nr 57:

Pakiet 3, poz. 1

Czy zamawiający oczekuje podkład 2-warstwowy celulozowy?

Czy zamawiający dopuści wycenę za rolkę o dł. 80 m z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie precyzuje z czego ma być wykonany podkład. Zamawiający dopuszcza wycenę za rolkę o dł. 80 m z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Treść pytania nr 58:

Pakiet 3, poz. 2

Czy zamawiający dopuszcza podkład nieprzemakalny, składający się :1 x warstwa bibuły i 1 x warstwa folii, o wymiarach 50 cm szer. x 50 cm perforacja x 50 m długości na rolce?

Czy zamawiający dopuści wycenę za rolkę o dł. 50 m z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza oba powyższe.

Treść pytania nr 59:

Pakiet 3, poz.3

Czy zamawiający dopuszcza podkład nieprzemakalny, składający się :1 x warstwa bibuły i 1 x warstwa folii, o wymiarach szer. 33 cm x perf. 50 cm x dł. 50 m ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza powyższe.

Treść pytania nr 60:

Pakiet 5, poz. 1

Czy zamawiający dopuści pojemność min. 100 ml?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza powyższe.

Treść pytania nr 61:

Pakiet 5, poz.20

Czy Zamawiający dopuści wycenę za a'144 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza powyższe.

Treść pytania nr 62:

Pakiet 5, poz. 21

Czy Zamawiający dopuści wycenę za a'80 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza powyższe.

Treść pytania nr 63:

Pytanie do zadania 6 Czy Zamawiający w zadaniu 15 będzie wymagał nieodpłatnego dostarczenia pojemników wielorazowych 2000ml -20 szt i 1000ml-10szt oznaczonych znakiem CE które są certyfikowane jako wyrób medyczny klasy I z funkcją miarową w celu prowadzenie dokładnego bilansu płynów bez zastosowania dodatkowych urządzeń?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga nieodpłatnego dostarczenia pojemników 2000 ml – 20 sztuk i 1000 ml – 10 sztuk oznaczonych znakiem CE.

Treść pytania nr 64:

Pytanie do zadania 6 Czy w Pakiecie nr 6 poz. nr 1 i 2 Zamawiający wymaga zaoferowania tzw. wkładu przeżelowanego o jednym numerze katalogowym tzn. z umieszczoną fabrycznie wewnątrz wkładu odpowiednią ilością saszetek z proszkiem żelującym wystarczającą do żelowania całej zawartości wkładu czy może standardowego wkładu z dodatkową 1 szt saszetki z proszkiem żelującym (dwa numery katalogowe) tak jak sugeruje opis. Bez doprecyzowania tego zapisu może dojść do nieporównywalności ofert w sytuacji gdy jeden z oferentów zaoferuje wkłady fabrycznie przeżelowane a inny standardowy wkład z dodatkową saszetką z proszkiem żelującym. Ponadto zaoferowanie wkładu i osobno saszetki z proszkiem żelującym naraża zamawiającego na wykonywanie dodatkowej czynności w postaci umieszczania saszetki wewnątrz wkładu. Prosimy zatem o do precyzowanie

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga powyższego.

Treść pytania nr 65:

Pytanie do zadania 7 zapytanie zadanie 7 poz 1 Czy Zamawiający oczekuje użyczenia klipsownicy do zabiegów laparoskopowych z prostymi branszami czy zagiętymi pod kątem 25 stopni co poprawia widoczność w polu operacyjnym i ułatwia podejście podczas zakładania klipsów.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje klipsownicy zabiegów laparoskopowych z zagiętymi branszami pod kątem 25 stopni.

Treść pytania nr 66:

Pytanie do zadania 7 Czy Zamawiający oczekuje aby klipsy posiadały 2 metryczki samoprzylepne do dokumentacji medycznej do każdego zasobnika posiadające informacje o dacie ważności, numerze serii.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje klipsów z 2 metryczkami samoprzylepnymi.

Treść pytania nr 67:

Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto” ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Treść pytania nr 68:

Pakiet 1, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści rękawice foliowe niebędące wyrobem medycznym, na 23% stawce VAT?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza powyższe.

Treść pytania nr 69:

Pakiet 2, pozycja 1-2

Czy Zamawiający ma na myśli opakowanie zawierające 50szt. masek?

Odpowiedź: Tak, 1 op. = 50 szt.

Treść pytania nr 70:

Pakiet 2, pozycja 3-4

Czy Zamawiający ma na myśli opakowanie zawierające 100szt. czepków?

Odpowiedź: Tak, 1 op. = 100 szt.

Treść pytania nr 71:

Pakiet 2, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści czepek w rozmiarze uniwersalnym, średnica po rozciągnięciu ok. 53 cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z warunkami SWZ.

Treść pytania nr 72:

Pakiet 2, pozycja 5

Czy Zamawiający ma na myśli opakowanie zawierające 10szt. fartuchów?

Odpowiedź: Tak, 1 op. = 10 szt.

Treść pytania nr 73:

Pakiet 2, pozycja 6

Czy Zamawiający ma na myśli opakowanie zawierające 100szt. fartuchów?

Odpowiedź: Tak, 1 op. = 100 szt.

Treść pytania nr 74:

Pakiet 2, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartuchów w kolorze mlecznym?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza powyższe.

Treść pytania nr 75:

Pakiet 2, pozycja 7

Czy Zamawiający ma na myśli opakowanie zawierające 100szt. ochraniaczy?

Odpowiedź: Tak, 1 op. = 100 szt.

Treść pytania nr 76:

Pakiet 2, pozycja 8

Czy Zamawiający ma na myśli serwetę dwuczęściową z możliwością regulacji otworu przylepnego?

Odpowiedź: Nie, serweta bez otworu przylepnego.

Treść pytania nr 77:

Pakiet 2, pozycja 8

Czy Zamawiający ma na myśli serwetę dwuwarstwową?

Odpowiedź: Tak, serweta dwuwarstwowa.

Treść pytania nr 78:

Pakiet 2, pozycja 9

Czy Zamawiający ma na myśli opakowanie zawierające 10szt. prześcieradeł?

Odpowiedź: Tak, 1 op. = 10 szt.

Treść pytania nr 79:

Pakiet 2, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli o składzie:

Prześcieradło: 150x210cm

Poszwa: 160x210cm

Poszewka na poduszkę: 70x80cm?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza powyższe.

Treść pytania nr 80:

Pakiet 2, pozycja 12

Czy Zamawiający ma na myśli opakowanie zawierające 10szt. koszul?

Odpowiedź: Tak, 1 op. = 10 szt.

Treść pytania nr 81:

Pakiet 2, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści koszulę wykonaną z włókniny SMS o gramaturze 33g/m², spełniającą pozostałe wymagania SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza powyższe.

Treść pytania nr 82:

Pakiet 2, pozycja 14

Czy Zamawiający ma na myśli opakowanie zawierające 100szt. czepków?

Odpowiedź: Tak, 1 op. = 100 szt.

Treść pytania nr 83:

Pakiet 2, pozycja 15

Czy Zamawiający ma na myśli opakowanie zawierające 10szt. serwet?

Odpowiedź: Tak, 1 op. = 10 szt.

Treść pytania nr 84:

Pakiet 3, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści podkład na rolce o długości 50m z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza powyższe.

Treść pytania nr 85:

Pakiet 3, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści podkład na rolce o długości 25m z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza powyższe.

Treść pytania nr 86:

Pakiet 3, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści podkład na rolce o długości 20m z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza powyższe.

Treść pytania nr 87:

Pakiet 3, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści podkład na rolce o szerokości 50cm?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 88:

Pakiet 3, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści podkład na rolce o szerokości 60cm?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 89:

Pakiet 4, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści papier dedykowany do defibrylatora Lifepak 12 w rolce o następujących wymiarach 106x25mm, średnica wewnętrzna 16mm?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza powyższe.

Treść pytania nr 90:

Pakiet 4, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści papier dedykowany do defibrylatora Lifepak 12 w rolce o następujących wymiarach 100x22mm, średnica wewnętrzna 19mm?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza powyższego.

Treść pytania nr 91:

Pakiet 4, pozycja 6

Czy Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego (Sony, Japonia), gwarantującego jakość i trwałość wydruku, czy dopuszcza zamienniki o gorszych parametrach?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga papieru oryginalnego.

Treść pytania nr 92:

Pakiet 4, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści elektrody o rozmiarze 43mm x 45mm?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza powyższe.

Treść pytania nr 93:

Pakiet 4, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści elektrody o rozmiarze 41mm x 55mm?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza powyższe.

Treść pytania nr 94:

Pakiet 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści pojemnik do transportu moczu 100ml?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza powyższe.

Treść pytania nr 95:

Pakiet 5, pozycja 2

Czy Zamawiający oczekuje wyceny za opakowanie a'100 sztuk opasek?

Odpowiedź: Tak, 1 op. = 100 szt.

Treść pytania nr 96:

Pakiet 5, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści nebulizator z ustnikiem w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza powyższe.

Treść pytania nr 97:

Pakiet 5, pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści osłonki o średnicy ~34mm?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 98:

Pakiet 5, pozycja 25

Czy Zamawiający dopuści szpatułkę drewnianą o rozmiarze 150mm x 17mm x 1,6mm?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza powyższe.

Treść pytania nr 99:

Pakiet 5, pozycja 26

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza powyższe.

Treść pytania nr 100:

Pakiet 5, pozycja 27

Czy Zamawiający dopuści pojemnik do dobowej zbiórki moczu o pojemności 2500ml?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza powyższe.

Treść pytania nr 101:

Pakiet 5, pozycja 28

Czy Zamawiający dopuści kubek pojenia 250ml z pokrywką?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 102:

Pakiet 10, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'800 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza powyższe.

Treść pytania nr 103:

Pakiet 12, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści aluminiowe szyny palcowe o wymiarze 200mm x 10mm?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza powyższego.

Treść pytania nr 104:

Pakiet 12, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści aluminiowe szyny palcowe o wymiarze 200mm x 15mm?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza powyższego.

Treść pytania nr 105:

Pakiet 12, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści aluminiowe szyny palcowe o wymiarze 230mm x 13mm?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza powyższe.

Treść pytania nr 106:

Pakiet 16, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną o powierzchni ogólnej 165cm², powierzchni czynnej 107 cm², o wymiarach 157 x 113mm?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 107:

Pakiet 16, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści osłonę o średnicy dysku 12 cm?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza powyższe.

Treść pytania nr 108:

Pakiet 16, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści osłonę w woreczkiem o wymiarze 10x15 cm??

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza powyższe.

Treść pytania nr 109:

Pakiet 17, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści stapler posiadający zszywki bez powleczenia teflonem?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza powyższego. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 110:

Pakiet 17, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zszywki o szerokości 7,2mm, wysokości 4,9mm i grubości 0,6?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza powyższego. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 111:

Pakiet 17, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zszywki o szerokości 5,9mm, wysokości 3,9mm i grubości 0,5?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza powyższego. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 112:

Pakiet 17, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny innego producenta niż wymagany przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 113:

Pakiet 17, pozycja 2

Czy Zamawiający oczekuje drenu w rozmiarze rozmiar CH 24 – 5,60 mm/8,00 mm (śr. wewn. / śr. zewn.)?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pozycja 2 w Pakiecie 17 dotyczy markeru chirurgicznego.

Treść pytania nr 114:

Pakiet 17, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści dren w rozmiarze CH 24 – 5,60 mm/8,00 mm (śr. wewn. / śr. zewn.)?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pozycja 2 w Pakiecie 17 dotyczy markeru chirurgicznego.

Treść pytania nr 115:

Pakiet 18, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści miskę o pojemności 4 litrów?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza powyższe.

Treść pytania nr 116:

Pakiet 18, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści miskę o pojemności max 3 litry i pojemności użytkowej 1,4 l?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza powyższego. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 117:

Pakiet 18, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści basen o pojemności max 2 litry i pojemności użytkowej 1,2 – 1,5 l?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza powyższego. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 118:

Dot Pak 14 Proszę o informację dot.: poz. 2 - czy chodzi o: Z-Band Direct - 1 kaseta = 350 opasek czy Z Band Ultra Soft 1 kaseta = 300 opasek która z nich, proszę o poprawienie w formularzu ofertowym oraz poz. 3 Z-Band Direct dla dzieci występuje w 1 kasecie 300 opasek a nie 200 opasek

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że:

- Pakiet 14 – poz. 2: 1 opakowanie = 350 opasek, Z-Band Direct;
- Pakiet 14 – poz. 3: 1 opakowanie = 300 opasek.

Treść pytania nr 119:

Pakiet 8

Dotyczy pozycji 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie na zasadzie równoważności ofert:

„Obwód oddechowy do aparatu do znieczulenia, dla dorosłych. Zawiera dwie rury rozciągane o regulowanej długości 90-300 cm, z dodatkową trzecią rurą o długości 150 cm i workiem oddechowym o pojemności 2l, zintegrowany trójnik Y, łącznik kolankowy z portem CO2 z nasadką zabezpieczającą. Czas stosowania do 24 godzin. Opakowanie foliowe z etykietą z nr serii, nr katalogowym oraz terminem ważności.”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza powyższe.

Treść pytania nr 120:

Pakiet 8

Dotyczy pozycji 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie na zasadzie równoważności ofert:

„Maski anestetyczne, anatomicznie wyprofilowana, jednorazowego użytku, produkowana z materiału: polipropylen z elastomerowym termoplastycznym kołnierzem, rozmiary kodowane kolorem uchwytów mocujących oraz cyfrą na korpusie, wstępnie napompowany mankiet, zawór umożliwiający dopompowanie mankietu, przezroczysty materiał. Produkt mikrobiologicznie czysty. Maski pakowane pojedynczo w opakowanie foliowe, na opakowaniu jednostkowym data ważności, nr katalogowy i nr serii. Dostępne rozmiary (wszystkie rozmiary mają pochodzić od jednego Producenta); Objętość martwej przestrzeni:

rozmiar „0” oznaczony kolorem zielonym - 27 ml (+/- 10 %), średnica zewnętrzna łącznika 15mm; rozmiar „1” oznaczony kolorem różowym - 47 ml (+/- 10 %), średnica zewnętrzna łącznika 15mm

rozmiar „2” oznaczony kolorem czerwonym - 98 ml (+/- 10 %), średnica zewnętrzna łącznika 15mm;

rozmiar „3” oznaczony kolorem żółtym; 133 ml (+/- 10 %), średnica zewnętrzna łącznika 22mm;

rozmiar „4” oznaczony kolorem białym; 184 ml (+/- 10 %), średnica zewnętrzna łącznika 22mm;

rozmiar „5” oznaczony kolorem niebieskim; 235 ml (+/- 10%), średnica zewnętrzna łącznika 22mm;

rozmiar „6” oznaczony kolorem bezbarwnym; 320 ml (+/- 10 %), średnica zewnętrzna łącznika 22mm.

Produkt pozbawiony lateksu i ftalanów DEHP.”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 121:

Pakiet 8

Dotyczy pozycji 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie na zasadzie równoważności ofert:

„Jednorazowa łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, typ Macintosh/Miller zaprojektowana do użytku w warunkach rezonansu magnetycznego. Wykonana z odpornego na odkształcenia poliwęglanu, kompatybilna z dedykowanymi do rezonansu magnetycznego rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. Zielony Standard). Rozmiar łyżek Macintosh - kodowany kolorem na opakowaniu / dł. x szer.: #1 - czerwony, #2 - biały, #3 - niebieski, #4 - żółty / dł. 133.0 mm x szer.

15.0 mm. Rozmiar łyżek Miller - kodowany kolorem na opakowaniu / dł. x szer.: #00 - różowy, #0 - zielony, #1 - morski, #2 - fioletowy, #3 - łososiowy.”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza powyższe.

Treść pytania nr 122:

Pakiet 8

Dotyczy pozycji 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie na zasadzie równoważności ofert:

„Układ oddechowy jednorazowego użytku do respiratora dla dorosłych, zawiera 2 rury gładkie wewnątrznie o długości 180cm i średnicy wewnętrznej 19mm, trójnik Y zintegrowany z rurami, łącznik kolankowy wyposażony w port CO2 z kapturkiem zabezpieczającym, elastyczne zakończenia od strony respiratora, układ mikrobiologicznie czysty z możliwością stosowania do 7 dni (potwierdzone oświadczeniem wystawionym przez producenta).

Opakowanie folia z etykietą z nr serii, nr katalogowym oraz terminem ważności.”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza powyższe.

Treść pytania nr 123:

Pakiet 16

Dotyczy pozycji 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie na zasadzie równoważności ofert, dwóch typów elektrod dla dorosłych oraz dla dzieci do wyboru podczas realizacji zamówień przez Zamawiającego:

Elektroda dla dorosłych:

„Jednorazowa elektroda bierna HF, dzielona dla dorosłych. Testowana na biokompatybilność według normy ISO-10993. Powierzchnia rozładowania 125 cm². Materiał nośny: pianka PE z medycznym klejem akrylowym (50g/m²); materiał przewodzący: PET/aluminium; Żel: hydrożel do elektrod neutralnych; Osłona: silikonowany PET. Bez zawartości lateksu i ftalanów.”

Elektroda dla dzieci:

„Jednorazowa elektroda bierna HF, niedzielona dla dzieci z masą ciała od 5 do 15 kg. Testowana na biokompatybilność według normy ISO-10993. Powierzchnia rozładowania 76 cm². Materiał nośny: pianka PE z medycznym klejem akrylowym (50g/m²); materiał przewodzący: PET/aluminium; Żel: hydrożel do elektrod neutralnych; Osłona: silikonowany PET. Bez zawartości lateksu i ftalanów.”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza powyższego. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 124:

Pakiet 16

Dotyczy pozycji 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie na zasadzie równoważności ofert:

„Jednorazowa, sterylna osłona na uchwyt lampy operacyjnej z jednorzędowym systemem mocowania. Umożliwia manewrowanie lampą bez zanieczyszczenia jej uchwytu. Długość osłony 12 cm. Osłona wykonana z przezroczystego materiału, umożliwiającego widoczność uchwytu lampy operacyjnej. Zakończona kontrastowym kolorystycznie systemem mocowania w kształcie okręgu, posiadającego od wewnątrz elastyczne ząbki (minimum 16 ząbków) w celu dopasowania się do średnicy uchwytu lampy operacyjnej. Osłona nie zawiera lateksu oraz nie zawiera ftalanów DEHP. Pakowana pojedynczo folia-papier.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza powyższe.

Treść pytania nr 125:

Pakiet 1 poz. 8

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zgodę na zaoferowanie rękawic w kolorze zielonym, obustronnie polimeryzowane, nie posiadające warstwy nawilżającej (bez zwilżacza). Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 126:

Pakiet 1 poz. 9

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zgodę na zaoferowanie rękawic nitrylowych befree long o długości 300 mm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe.

Treść pytania nr 127:

Pakiet 1 poz. 10

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga rękawic w opakowaniach po 50 sztuk.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wymaga, ale dopuszcza powyższe.

Informacje uzupełniające:

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.